



32 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 33/52/338

Действительно до
«20» апреля 2010 г.

Средство измерений _____ сканер лазерный
(наименование, тип)
IMAGER 5006

заводской номер _____ **060717**

принадлежащее _____ **ООО «НПП «Фотограмметрия»**
(наименование юридического лица)

поверено, и на основании результатов периодической (первичной) поверки
пригодным к применению по _____ разряду
(только для рабочих эталонов)



Начальник 3 управления

И. Васильев

(подпись, инициалы, фамилия)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

1. Внешний осмотр

1. Исправность гнезд и разъемов прибора: **соответствует норме.**
2. Гальванические и лакокрасочные покрытия **не повреждены.**
3. Коррозия, механические повреждения и другие дефекты, влияющие на эксплуатационные и метрологические характеристики: **не обнаружены.**
4. Маркировка согласно требованиям ЭД: **в наличии.**
5. Оптика: **чистая, без дефектов.**

2. Опробование

1. Сканер работоспособен.

3. Метрологические характеристики

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики	
		Допустимое	Результат поверки
1	СКП измерений расстояния (коэффициент отражения 1), мм		
	длина линии 10 м	0,4	0,3
	длина линии 20 м	1,0	0,9
	длина линии 40 м	2,5	2,2
2	СКП измерений углов сканирования, угл. сек.:		
	- горизонтальных	25	20
	- вертикальных	25	20

Поверитель

(подпись, инициалы, фамилия, оттиск поверительного клейма)

А. Плотников

ААН0020557